



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ**
(Росстандарт)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинский просп., д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991
Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31
E-mail: info@gost.ru
<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770601001


13.02.2014 № ФБ-101-32/853

На № _____

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Ваш запрос (от 13.01.2014 г. № 120/193) об отнесении/не отнесении технического средства «Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер» к средствам измерений.

На основании экспертного заключения Управления метрологии от 10.02.2014 г. № 34 следует, что указанное техническое устройство в процессе функционирования не определяет количественные значения величин.

Таким образом, техническое средство «Устройство для экспресс-приготовления стерильных промывных растворов и подачи их к операционному полю «Гейзер, **не может быть отнесено** к средствам измерений.


Ф.В.Булыгин